

a) nell'area travaglio-parto:

- un letto idoneo per le diverse tipologie di sale;
- un testa letto con gas medicali;
- una lampada scialitica mobile;
- almeno un cardiocotografo;
- un apparecchio di anestesia completo di tutti gli accessori;
- un defibrillatore;
- collegamenti fissi per aspirazione;
- un apparecchio vacuum extractor con relativi accessori sterili;
- un forcipe con relativi accessori sterili;
- set monopaziente pronti sterili per l'assistenza al parto;
- un orologio contasecondi a muro;
- una autoclave (a norma pr UNI EN 285) per sterilizzazione d'emergenza del materiale chirurgico adatta alla sterilizzazione di dispositivi medici cavi e porosi e sottoposta a qualifica fisica e microbiologica annuale (UNI EN 554);
- un elettrocardiografo;
- 2 rilevatori di pressione arteriosa incruenti per adulti;
- 2 saturimetri pulsati;
- un ecografo portatile (può essere in comune col reparto di ostetricia).

b) nell'isola neonatale:

- un lettino di rianimazione con lampade radianti;
- un erogatore di O<sub>2</sub>;
- un erogatore o compressore per aria;
- un aspiratore;
- il materiale necessario per la rianimazione neonatale.

### ***1.6.3. Requisiti Organizzativi***

L'articolazione dei turni del personale medico, ostetrico e infermieristico, sull'arco delle 24 ore, deve garantire la presenza di almeno:

- un medico ostetrico-ginecologo H24 ( con pronta disponibilità nelle ore notturne);
- una ostetrica nelle 24 ore ( con reperibilità di una seconda ostetrica nelle ore notturne).

I punti nascita devono assicurare una pronta disponibilità pediatrica da attivarsi sulla base delle previsioni del partogramma.

Deve essere garantita comunque l'assistenza al neonato anche attraverso il trasporto protetto.